



ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ТӨҮГ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН



Захиалгын дугаар: ХФ2024/1546

Захиалагчийн нэр: Амдын илч ХХК

№	Лаб №	Дээж №	Дээжийн тодорхойлолт	Үзүүлэлт, %										FSI	C _{индекс}				
				W ^t	W ^{ad}	A ^{ad}	A ^d	A ^r	V ^{ad}	V ^{daf}	V ^r	Q ^{ad} _b ккал/кг	Q ^{daf} _s ккал/кг			Q ^{ar} _{net} ккал/кг	S ^{ad} _t	S ^{db} _t	
1	13046	№ 1ш	нүүрс	25.33	25.07	8.38	12.91	14.09	10.56	39.36	50.01	32.19	4952	6291	4050	1.57	1.71	0	<18

Чанарын хяналт

1	СЗ	Шифр-2612	Стандартчилсан утга	Жин-66			Жин-67			Жин-68			Жин-13	Хөөлт-72	G-127			
				W ^t	W ^{ad}	A ^{ad}	A ^d	A ^r	V ^{ad}	V ^{daf}	V ^r	Q ^{ad} _b ккал/кг				Q ^{daf} _s ккал/кг	Q ^{ar} _{net} ккал/кг	
-	-	-	-	2.91	6.27	6.46	-	40.71	44.82	-	6977	-	-	0.78	-			
-	-	-	-	3.46	6.16	6.38	-	39.71	43.94	-	6818	-	-	0.74	0.77	7.5	51	
Шинжилгээний аргын код				Жин-66	Жин-67	Жин-68	Жин-69	Жин-70	Жин-71	Жин-72	Жин-73	Жин-74	Жин-75	Жин-76	Жин-77	Жин-78	Жин-79	Жин-80

Тайлбар:

- W^t - чийг (нийт)
- W^{ar} - чийг (ажлын чийг)
- W^{ad} - чийг (агаарт хатаасан дээжинд)
- A^{ad} - үнслэг (агаарт хатаасан дээжинд)
- A^d - үнслэг (хуурай масс-д тооцсон)
- A^r - үнслэг (ажлын чийг-д тооцсон)
- S^{ad} - нийт хүхрийн хэмжээ (агаарт хатаасан дээжинд)
- S^{db} - нийт хүхрийн хэмжээ (хуурай масс-д тооцсон)
- V^{ad} - дэглэмхий бодисын гарц (агаарт хатаасан дээжинд)
- V^{daf} - дэглэмхий бодисын гарц (үнсгүй, хуурай масс-д тооцсон)
- V^r - дэглэмхий бодисын гарц (ажлын чийг-д тооцсон)
- Q^{ad}_b - илчлэг (агаарт хатаасан дээжинд)
- Q^{daf}_s - илчлэг (үнсгүй, хуурай масс-д тооцсон)
- Q^{ar}_{net} - илчлэг (ажлын чийг-д тооцсон)
- G_{индекс} - барьцалдах чанар
- FSI - чөлөөт хөөлтийн зэрэг

Гүйцэтгэсэн инженер: М. Анарлагий
(нэр)





ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ТӨҮТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Захиалгын дугаар	: ХФ 2024/1546
Захиалагчийн нэр	: Андын илч ХХК
Объект	: -
Хаяг	: Сүхбаатар Эрдэнэцагаан, 2-р баг Цагаан овоо уурхай
Утас	: 99161714
Нэгжийн нэр	: Химийн шинжилгээний лаборатори
Шинжилгээний төрөл	: Хими
Шинжилсэн үзүүлэлтийн тоо	: 9
Дээжийн боловсруулалт	: ГСШТ-д боловсруулсан
Дээжийн тоо, төрөл	: 1, нүүрс
Лабораторийн дугаар	: 13046
Хүлээн авсан огноо	: 2024.08.08
Шинжилгээ эхэлсэн огноо	: 2024.08.08
Шинжилсэн огноо	: 2024.08.14
Хуудасны тоо	: 2

Тайлбар: (1) СЗ-Стандартчилсан загвар

Лабораторийн захирал			С. Ундраа (нэр)
Аргачлал хяналтын инженер			С. Одонтуяа (нэр)

Манай байгууллагаар үйлчлүүлсэнд баярлалаа.

ГСШТ нь MNS ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO/IEC 17043 стандартуудын шаардлага хангасан, Монгол улсын УИТ, Хойд Америкийн Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага /ANAB/-аар үндэсний болон олон улсын түвшинд итгэмжлэгдсэн болно. Шинжилгээний дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн тухайн дээжинд хамаарах бөгөөд гарын үсэг, тэмдэг дарсан эх хувь хүчинтэй. Энэхүү баримт бичгийг хуурамчаар үйлдвэл хуулийн хариуцлага хүлээнэ.

18080 ш/х-437, Улаанбаатар хот, СХД,
Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, ГСШТ-ийн байр,
Утас: 976-7018 2904; 7018 0101 Факс: 976-7018 4212
Цахим хаяг: info@gcra.gov.mn, customerservice@gcra.gov.mn