



CUSTOMS GENERAL ADMINISTRATION
CENTRAL CUSTOMS LABORATORY

Ikh Toiruu 81/1, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar 210620, Mongolia
Phone number: 976-11-351975, Fax: 976-11-351938
www.customs.gov.mn



ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН

/ACCREDITED LABORATORY TEST REPORT/

2025 оны 11 сарын 5 өдөр /5 November 2025 /

№ 01202505873

Улаанбаатар хот /Ulaanbaatar city/

1. Ирүүлсэн дээжинд холбогдох мэдээлэл /Information related to submitted samples /:

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 1425L02953 Барааны нэр төрөл /Product name and type / : Нүүрс, сул коксжих, дунд зэрэг үнслэгтэй, баяжуулсан.
Дээж ирүүлсэн байгууллагын нэр /Name of the organization submitting the sample/ : Мөнх тэнүүн оргил ХХК Хүлээн авсан огноо /Date of the sample received / : 2025-11-04 18:39:27.0
Шинжилсэн огноо /Date of analysis / : 2025-11-05 11:11:28.0
Бүтээгдэхүүний стандарт /Product standards / : MNS 6457:2023 Дээжийн төлөв байдал, ширхэглэл /Appearance of the sample / : Хар өнгийн бүхэллэг, 3мм-ээс их
Битүүмжлэл (лац)-ийн дугаар /Seal number / : ZX0938000 Дээжийн тоо, хэмжээ /Sample quantity / : 1ш, 5Kg
Битүүмжлэгдсэн байдал /Sealed condition / : хэвийн
Дагалдаж ирүүлсэн бичиг баримтын дугаар /Relevant document number / : Дахин дээж авсан тэмдэглэл, битүүмж ZW0130494, Үнэ нэхэмжлэх,баглаа боодлын жагсаалт

2. Шинжилгээний үр дүн /Test Results /

Үзүүлэлт /Parameter /	Нийт чийг /Total Moisture/	Үнслэг /Ash Content/	Дэгдэмхий бодисын агуулга /Volatile Matter/				Хүхэр /Sulphur/	Илчлэг /Calorific Value/			Чөлөөт хөөлтийн зэрэг /Crucible swelling Index/	Барьцалдах чанар /Caking Index/	
Шинжилгээний аргачлал /Test Method/	ISO 589:2008	ISO 1171:2024	ISO 562:2024				ASTM D4239-18e1	ISO 1928:2020			ISO 501:2012	ISO 15585:2019	
Хэмжих нэгж /Unit/	M _t , %	W _{Ad} , %	W _d , %	W _d , %	W _d , %	W _d , %	S _{t,ad} , %	S _{t,d} , %	q _{v,gr,ad} , J/g	q _{v,net,Mtr} , kcal/kg	q _{gr,m,mmf} , *kcal/kg	CSN*	G
Шинжилсэн утга /Results/	6.2	23.95	24.1	22.5	29.8	29.8	0.67	0.67	24881	5391	7409	2.5	28

3. Чанарын хяналт /Quality Control /

Баталгаажсан стандартчилсан загварын нэр /CERTIFIED REFERENCE MATERIAL /	GBW11108b	GBW11108b	GBW12023c	GBW11108b
Үзүүлэлт /Parameter /	W _{ad} , %	W _d , %	G	S _{t,d} , %
Баталгаажсан утга /Standard value /	29.11 ± 0.22	15.24 ± 0.1	90 ± 2	1.85 ± 0.04
Шинжилсэн утга /Results/	29	15.2	90	1.84

Тайлбар /description/ :

БАТАЛСАН /APPROVED BY / : ГТЛ-ийн дарга /Director of the Central Customs Laboratory /

ХЯНАСАН /VERIFIED BY / : Ахлах шинжээч-ГУАБ /Senior Customs Officer /

ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН /ANALYZED BY/ : Шинжээч /Customs Officer-Expert /

/ С.ЦЭРЭНЧИМЭД /

/ П.МӨНХ-ЭРДЭНЭ /

/ Ч.ТӨР-ЭРДЭНЭ /