



2026 оны 3 сарын 31 өдөр /31 March 2026 /

№ 01202600921

Улаанбаатар хот /Ulaanbaatar city/

**ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН  
/ACCREDITED LABORATORY TEST REPORT/**

**1. Ирүүлсэн дээжид холбогдох мэдээлэл /Information related to submitted samples /:**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ :  
Дээж ирүүлсэн байгууллагын нэр /Name of the organization  
submitting the sample/ :  
Бүтээгдэхүүний стандарт /Product standards /:  
Битүүмжлэл (нац)-ийн дугаар /Seal number /:  
Битүүмжлэгдсэн байдал /Sealed condition /:

2026.03.27ны 02/325  
Монголын алт МАК ХХК  
MNS 6457:2023  
ZW0536242  
хэвийн

Барааны нэр төрөл /Product name and type /:  
Хүлээн авсан огноо /Date of the sample received /:  
Шинжилсэн огноо /Date of analysis /:  
Дээжийн төлөв байдал, ширхэгтэл /Appearance of the sample /:  
Дээжийн тоо, хэмжээ /Sample quantity /:

Нүүрс, 1/3 коксжих, боловсруулаагүй  
2026-03-31 14:42:33.0  
2026-03-31 14:03:50.0  
Хар өнгийн бүхэллэг, 3мм-ээс их  
1ш, 5кг

Дагалдаж ирүүлсэн бичиг баримтын дугаар /Relevant document number /: Албан тоот 02/325

**2. Шинжилгээний үр дүн /Test Results /**

Үзүүлэлт /Parameter /	Нийт чийг /Total Moisture/	Үнсэлг /Ash Content/	Дэгдэмхий бодисын агуулга /Volatile Matter/	Хүхэр /Sugar/	Илчлэг /Calorific Value/	Чөлөөт хөөлтийн зэрэг /Crucible swelling Index/	Барьцалдах чанар /Caking Index/
Шинжилгээний аргачлал /Test Method/	ISO 589:2008	ISO 1171:2024	ISO 562:2024	ASTM D4239-18e1	ISO 1928:2020	ISO 501:2012	ISO 15585:2019
Хэмжих нэгж /Unit/	M <sub>T</sub> %	W <sub>A,ad</sub> %	W <sub>V,ad</sub> %	S <sub>T,ad</sub> %	q <sub>V,gr,ad</sub> /J/g	CSN*	G
Шинжилсэн утга /Results/	3	6.76	33.7	0.69	7226	7	75
		W <sub>A,d</sub> %	W <sub>V,daf</sub> %	S <sub>T,d</sub> %	q <sub>V,net</sub> /MJ- kcal/kg		
		6.8	36.2	0.69	8070		

**3. Чанарын хяналт /Quality Control /**

Баталгаажсан стандартчилсан загарын нэр /CERTIFIED REFERENCE MATERIAL /	GBW11108b-3	GBW11108b-3	GBW12023c	GBW11108b-3
Үзүүлэлт /Parameter /	W <sub>A,d</sub> %	S <sub>T,d</sub> %	G	W <sub>V,ad</sub> %
Баталгаажсан утга /Standard value /	15.24 ± 0.1	1.65 ± 0.04	90 ± 2	29.11 ± 0.22
Шинжилсэн утга /Results/	15.2	1.84	90	29

Тайлбар /description/:

БАТАЛСАН /APPROVED BY /: ГТЛ-ийн дарга /Director of the Central Customs Laboratory /  
ХЯНАСАН /VERIFIED BY /: Ахлах шинжээч-ГҮАБ /Senior Customs Officer /  
ШИНЖИЛТЭЭ ХИЙСЭН /ANALYZED BY /: Шинжээч /Customs Officer-Expert /

